Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:57 30.06.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 201480;

2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 148226;

3. Статус: Действует;

4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2019/8559 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02923842);

5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 26.07.2019;

6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 29.06.2026;

7. Период действия версии: с 29.06.2026;

8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

9. Наименование медицинского изделия: Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA, с принадлежностями
I. Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA (GDP–1), в составе:
1. Стойка–штатив DP–1S со встроенным генератором рентгеновского излучения DP–2G – 1 шт;
2. Трубка рентгеновская производства фирмы CEI модели OPX–105 или фирмы CANON модели D–054SB – 1 шт;
3. Устройство коллимации DP–1BL – 1 шт;
4. Устройство поворотное DP–1RA – 1 шт;
5. Приемник цифровой рентгеновского излучения XID–C15DP или Extor–P – 1 шт;
6. Программное обеспечением Papaya OP, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
7. Пульт управления экспозиции DP–HS – 1 шт;
8. Кабель интерфейсный Ethernet – 1 шт;
9. Программное обеспечение «Triana» (Theia), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
10. Руководство пользователя по программному обеспечению «Triana» (Theia) на компакт диске

или сменном носителе – 1 шт;
11. Упор височный – не более 10 шт., в составе: – упор височный левый; – упор височный правый.
12. Стойка прикусная – не более 10 шт.
13. Опора для рук – не более 10 шт.
14. Опора для подбородка – не более 10 шт.
15. Опора для адентичных пациентов – не более 10 шт.
16. Опора для съемки ВНЧС – не более 6 шт.
17. АРМ врача (при необходимости) – 1 шт, в составе: – монитор с размером экрана от 48 до 79 см; – системный блок; – устройство ввода (клавиатура); – манипулятор типа «мышь».
18. Шарик калибровочный Ø3 мм – не более 10 шт. (при необходимости).
19. Шарик калибровочный Ø5 мм – не более 10 шт. (при необходимости).
20. Код функции понижения анодного напряжения – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
21. Код функции повышения анодного напряжения – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
22. Руководство по эксплуатации PAPAYA (GDP–1) и PAPAYA Plus (GDP–1C) – 1 шт.
Принадлежности:
1. Пластина прикусная малая для модуля расширения CUST – не более 100 шт.;
2. Пластина прикусная большая для модуля расширения CUST – не более 100 шт.;
3.Модуль расширения «CUST» – не более 2 шт.;
4. USB ключ функции «CUST», на компакт диске (при необходимости) – 1 шт;
5. Тест–объект «Theta Jig» – 1 шт;
6. Тест–объект «SD–Line Jig» – 1 шт;
7. Тест–объект «Laser Jig» – 1 шт;
8. Фантом «Ball» – 1 шт;
9. Чехол для прикусной стойки – не более 5000 шт;
II. Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA PLUS (GDP–1C) – 1 шт, в составе: 1. Стойка–штатив DP–1S со встроенным генератором рентгеновского излучения DP–2G;
2. Трубка рентгеновская производства фирмы CEI модели OPX–105 или фирмы CANON модели D–054SB – 1 шт;
3. Устройство коллимации DP–1BL – 1 шт;
4. Устройство поворотное DP–1RA – 1 шт;
5. Приставка цефалометрическая – 1 шт;
6. Приемник цифровой рентгеновского излучения XID–C24DC или Extor–C – 1 шт;
7. Программное обеспечением Papaya OP, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
8. Пульт управления экспозиции DP–HS – 1 шт;
9. Кабель интерфейсный Ethernet– 1 шт;
10. Программное обеспечение «Triana» (Theia), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
11. Руководство пользователя по программному обеспечению «Triana» (Theia), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;

12. Упор височный – не более 10 шт., в составе: – упор височный левый; – упор височный правый.
13. Упор ушной в сборе – 1 шт;
14. Упор носовой в сборе – 1 шт;
15. Стойка прикусная – не более 10 шт;
16. Опора для рук – не более 10 шт;
17. Опора для подбородка – не более 10 шт;
18. Опора для адентичных пациентов – не более 10 шт;
19. Опора для съемки ВНЧС – не более 6 шт;
20. АРМ врача – 1 шт (при необходимости), в составе: – монитор с размером экрана от 48 до 79 см; – системный блок; – устройство ввода (клавиатура); – манипулятор типа «мышь»;
21. Шарик калибровочный Ø3 мм – не более 10 шт. (при необходимости);
22. Шарик калибровочный Ø5 мм – не более 10 шт. (при необходимости);
23. Пластина–опора для определения костного возраста у детей на цефалометрической приставке – 1 шт (при необходимости);
24. Код функции понижения анодного напряжения – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
25. Код функции повышения анодного напряжения – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
26. Руководство по эксплуатации PAPAYA (GDP–1) и PAPAYA Plus (GDP–1C) – 1 шт;
Принадлежности:
1. Пластина прикусная малая для модуля расширения CUST – не более 100 шт;
2. Пластина прикусная большая для модуля расширения CUST – не более 100 шт;
3. Модуль расширения «CUST» – не более 2 шт;
4. USB ключ функции «CUST» – 1 шт (при необходимости);
5. Тест–объект «Theta Jig» – 1 шт;
6. Тест–объект «SD–Line Jig» – 1 шт;
7. Тест–объект «Laser Jig» – 1 шт;
8. Фантом «Ball» – 1 шт;
9. Чехол для прикусной стойки – не более 5000 шт;
10. Пульт управления цефалометрической приставкой – 1 шт.
III. Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA 3D, в составе:
1. Стойка–штатив DP–2S со встроенным генератором рентгеновского излучения DP–2G – 1 шт;
2. Трубка рентгеновская производства фирмы CEI модели OPX–105 или фирмы CANON модели D–054SB – 1 шт;
3. Устройство коллимации DC–2BL – 1 шт;
4. Устройство поворотное DC–2RA – 1 шт;
5. Приемник цифровой рентгеновского излучения XID–C15DP или Extor–P – 1 шт;
6. Цифровой приемник рентгеновского излучения DualRay–S – 1 шт;
7. Программное обеспечением Papaya OP, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
8. Программное обеспечение Ondemand3D, на компакт диске или сменном носителе (при необходимости) – 1 шт;

9. Программное обеспечение AudaxCeph, на компакт диске или сменном носителе (при необходимости) – 1 шт;
10. Программное обеспечение Invivo, на компакт диске или сменном носителе (при необходимости) – 1 шт;
11. Пульт управления экспозиции DP–HS – 1 шт;
12. Кабель интерфейсный Ethernet – 1 шт;
13. Программное обеспечение «Triana» (Theia), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
14. Руководство пользователя по программному обеспечению «Triana» (Theia), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
15. Упор височный – не более 10 шт., в составе: – упор височный левый; – упор височный правый.
16. Упор ушной в сборе – 1 шт (при необходимости);
17. Упор носовой в сборе – 1 шт (при необходимости);
18. Стойка прикусная – не более 10 шт;
19. Опора для рук – не более 10 шт;
20. Опора для подбородка – не более 10 шт;
21. Опора для адентичных пациентов – не более 10 шт;
22. Опора для съемки ВНЧС – не более 6 шт;
23. АРМ врача – 1 шт (при необходимости), в составе: – монитор с размером экрана от 48 до 79 см; – системный блок; – устройство ввода (клавиатура); – манипулятор типа «мышь»;
24. Шарик калибровочный Ø3 мм – не более 10 шт. (при необходимости);
25. Шарик калибровочный Ø5 мм – не более 10 шт. (при необходимости);
26. Код функции понижения анодного напряжения – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
27. Код функции повышения анодного напряжения – код на листе А4– 1 шт (при необходимости);
28. Стул пациента для проведения конусно–лучевой 3D томографии – 1 шт (при необходимости);
29. Руководство по эксплуатации PAPAYA 3D и PAPAYA 3D PLUS – 1 шт.
Принадлежности:
1. Тест–объект «Theta Jig» – 1 шт;
2. Тест–объект «SD–Line Jig» – 1 шт;
3. Тест–объект «Laser Jig» – 1 шт;
4. Тест–объект «Pin Jig» – 1 шт;
5. Тест–объект «Collimator Jig» – 1 шт;
6. Тест–объект «Detector Base» – 1 шт;
7. Тест–объект «Detector Align Jig» – 1 шт;
8. Тест–объект «Base Plate» – 1 шт;
9. Фантом «Ball Phantom» – 1 шт;
10. Фантом «HU» – 1 шт;
11. Фантом «FULL_GCP» – 1 шт;
12. Фантом «HALF_GCP» – 1 шт;

13. Чехол для прикусной стойки – не более 5000 шт;
14. Приставка цефалометрическая – 1 шт;
15. Приемник цифровой рентгеновского излучения XID–C24DC или Extor–C – 1 шт;
IV. Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA 3D PLUS:
1. Стойка–штатив DP–2S со встроенным генератором рентгеновского излучения DP–2G – 1 шт;
2. Трубка рентгеновская производства фирмы CEI модели OPX–105 или фирмы CANON модели D–054SB – 1 шт;
3. Устройство коллимации DC–2BL – 1 шт;
4. Устройство поворотное DC–2RA – 1 шт;
5. Приемник цифровой рентгеновского излучения XID–C15DP или Extor–P – 1 шт;
6. Приемник цифровой рентгеновского излучения XID–C24DC или Extor–C – 1 шт;
7. Цифровой приемник рентгеновского излучения DualRay–S – 1 шт;
8. Приставка цефалометрическая – 1 шт;
9. Программное обеспечением Papaya OP, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
10.Программное обеспечение Ondemand3D, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
11. Программное обеспечение AudaxCeph, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
12. Программное обеспечение Invivo, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
13. Пульт управления экспозиции DP–HS – 1 шт;
14. Кабель интерфейсный Ethernet – 1 шт;
15. Программное обеспечение «Triana» (Theia), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
16. Руководство пользователя по программному обеспечению «Triana» (Theia), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
17. Упор височный – не более 10 шт., в составе: – упор височный левый; – упор височный правый.
18. Упор ушной в сборе не более 2 шт – 1 шт;
19. Упор носовой в сборе не более 2 шт – 1 шт;
20. Стойка прикусная – не более 10 шт – 1 шт;
21. Опора для рук – не более 10 шт – 1 шт;
22. Опора для подбородка – не более 10 шт;
23. Опора для адентичных пациентов – не более 10 шт;
24. Опора для съемки ВНЧС – не более 6 шт;
25. Пластина–опора для определения костного возраста у детей на цефалометрической приставке – 1 шт (при необходимости);
26. АРМ врача – 1 шт (при необходимости), в составе: – монитор с размером экрана от 48 до 79 см; – системный блок; – устройство ввода (клавиатура); – манипулятор типа «мышь»;
27. Шарик калибровочный Ø3 мм – не более 10 шт. (при необходимости);
28. Шарик калибровочный Ø5 мм – не более 10 шт. (при необходимости);
29. Код функции понижения анодного напряжения – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);

30. Код функции повышения анодного напряжения – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
31. Стул пациента для проведения конусно–лучевой 3D томографии – 1 шт (при необходимости);
32. Руководство по эксплуатации PAPAYA 3D и PAPAYA 3D PLUS – 1 шт;
Принадлежности:
1. Тест–объект «Theta Jig» – 1 шт;
2. Тест–объект «SD–Line Jig» – 1 шт;
3. Тест–объект «Laser Jig» – 1 шт;
4. Тест–объект «Pin Jig» – 1 шт;
5. Тест–объект «Collimator Jig» – 1 шт;
6. Тест–объект «Detector Base» – 1 шт;
7. Тест–объект «Detector Align Jig» – 1 шт;
8. Тест–объект «Base Plate» – 1 шт;
9. Фантом «Ball Phantom» – 1 шт;
10. Фантом «HU» – 1 шт;
11. Фантом «FULL_GCP» – 1 шт;
12. Фантом «HALF_GCP» – 1 шт;
13. Чехол для прикусной стойки – не более 5000 шт.
V. Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA 3D Premium, в составе:
1. Томографическая стойка–штатив со встроенным генератором рентгеновского излучения и излучателем – 1 шт, в составе:
– Трубка рентгеновская, производства фирмы CEI модели OPX–105 или фирмы CANON модели D–054SB – 1 шт;
– Устройство коллимации – 1 шт;
– Устройство поворотное (гентри) – 1 шт;
– Приемник рентгеновского излучения для панорамных исследований Extor–P – 1 шт;
– Приемник рентгеновского излучения для компьютерной томографии Vieworks – 1 шт;
2. Программное обеспечением Papaya OP, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
3. Пульт управления экспозиции DP–HS – 1 шт;
8. Кабель интерфейсный Ethernet – 1 шт;
5. Программное обеспечение Theia, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
6. Программное обеспечение Theia ENT (ЛОР), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
7. Программное обеспечение Ondemand3D, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
8. Программное обеспечение AudaxCeph, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
9. Программное обеспечение Invivo, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
10. Упор височный, без резиновых фиксаторов – не более 10 шт., в составе: – упор височный

без резиновых фиксаторов левый; – упор височный без резиновых фиксаторов правый.
11. Упор височный с резиновыми фиксаторами – не более 10 шт., в составе: – упор височный с резиновыми фиксаторами левый; – упор височный с резиновыми фиксаторами правый.
12. Упор подбородочный в сборе – 1 шт;
13. Стойка прикусная – не более 10 шт;
14. Опора для подбородка – не более 10 шт;
15. Опора для адентичных пациентов – не более 10 шт;
16. Опора для съемки ВНЧС – не более 6 шт;
17. Ремень фиксатора для головы – не более 5 шт;
18. АРМ врача – 1 шт (при необходимости), в составе: – монитор с размером экрана от 48 до 79 см; – системный блок; – устройство ввода (клавиатура); – манипулятор типа «мышь».
19. Коврик антистатический для позиционирования пациента – 1 шт;
20. Код функции понижения анодного напряжения до 69 кВ – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
21. Код функции повышения анодного напряжения до 90 кВ – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
22. Руководство по эксплуатации на компакт диске или сменном носителе – 1 шт.
Принадлежности:
1. Комплект калибровочных фантомов – 1 шт, в составе: тест–объект «Theta Jig» – 1 шт; тест–объект «SD–Line Jig» – 1 шт; тест –объект «Laser Jig» – 1 шт; тест–объект «Pin Jig» – 1 шт; тест–объект «Collimator Jig» – 1 шт; тест–объект «Detector Base» – 1 шт; тест–объект «Detector Align Jig» – 1 шт; тест–объект «Base Plate» – 1 шт; фантом «Ball Phantom» – 1 шт; фантом «HU» – 1 шт; фантом «FULL_GCP» – 1 шт; фантом «HALF_GCP» – 1 шт.
2. Чехол для прикусной стойки – не более 5000 шт.
3. Упор лобный в сборе – 1 шт;
4. Столик для сканирования моделей – 1 шт;
5. Стул пациента для проведения конусно–лучевой 3D томографии – 1 шт;
6. Съемная приставка для диагностики костного возраста у пациента в ортодонтической практике – 1 шт;
7. Приставка цефалометрическая с приемником рентгеновского излучения Extor–C и устройством коллимации – 1 шт.
VI. Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA 3D Premium Plus:
1. Томографическая стойка–штатив со встроенным генератором рентгеновского излучения и излучателем – 1 шт, в составе:
– Трубка рентгеновская производства фирмы CEI модели OPX–105 или фирмы CANON модели D–054SB – 1 шт;
– Устройство коллимации – 1 шт;
– Устройство поворотное (гентри) – 1 шт;
– Приемник рентгеновского излучения для панорамных исследований Extor–P – 1 шт;
– Приемник рентгеновского излучения для компьютерной томографии Vieworks – 1 шт;
2. Программное обеспечением Papaya OP, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
3. Пульт управления экспозиции DP–HS – 1 шт;

4. Кабель интерфейсный Ethernet – 1 шт;
5. Программное обеспечение Theia, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт;
6. Программное обеспечение Theia ENT (ЛОР), на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
7. Программное обеспечение Ondemand3D, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
8. Программное обеспечение AudaxCeph, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
9. Программное обеспечение Invivo, на компакт диске или сменном носителе – 1 шт (при необходимости);
10. Упор височный, без резиновых фиксаторов – не более 10 шт., в составе: – упор височный без резиновых фиксаторов левый; – упор височный без резиновых фиксаторов правый.
11. Упор височный с резиновыми фиксаторами – не более 10 шт., в составе: – упор височный с резиновыми фиксаторами левый; – упор височный с резиновыми фиксаторами правый.
12. Упор подбородочный в сборе – 1 шт;
13. Стойка прикусная – не более 10 шт.
14. Опора для подбородка – не более 10 шт.
15. Опора для адентичных пациентов – не более 10 шт.
16. Опора для съемки ВНЧС – не более 6 шт.
17. Ремень фиксатора для головы – не более 5 шт.
18. АРМ врача – 1 шт (при необходимости), в составе: – монитор с размером экрана от 48 до 79 см; – системный блок; – устройство ввода (клавиатура); – манипулятор типа «мышь».
19. Коврик антистатический для позиционирования пациента – 1 шт;
20. Код функции понижения анодного напряжения до 69 кВ – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
21. Код функции повышения анодного напряжения до 90 кВ – код на листе А4 – 1 шт (при необходимости);
22. Приставка цефалометрическая с приемником рентгеновского излучения Extor–C и устройством коллимации – 1 шт;
23. Пластина–опора для определения костного возраста у детей на цефалометрической приставке – 1 шт (при необходимости);
24. Руководство по эксплуатации на компакт диске или сменном носителе – 1 шт.
Принадлежности:
1. Комплект калибровочных фантомов – 1 шт, в составе: тест–объект «Theta Jig» – 1 шт; тест–объект «SD–Line Jig» – 1 шт; тест –объект «Laser Jig» – 1 шт; тест–объект «Pin Jig» – 1 шт; тест–объект «Collimator Jig» – 1 шт; тест–объект «Detector Base» – 1 шт; тест–объект «Detector Align Jig» – 1 шт; тест–объект «Base Plate» – 1 шт; фантом «Ball Phantom» – 1 шт; фантом «HU» – 1 шт; фантом «FULL_GCP» – 1 шт; фантом «HALF_GCP» – 1 шт;
2. Чехол для прикусной стойки – не более 5000 шт;
3. Упор лобный в сборе – 1 шт;
4. Столик для сканирования моделей – 1 шт;
5. Стул пациента для проведения конусно–лучевой 3D томографии – 1 шт;

6. Съемная приставка для диагностики костного возраста у пациента в ортодонтической практике – 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭЙТИВ МЕДИКАЛ";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 127018, Г.Москва, УЛ. ПОЛКОВАЯ, Д.16, ОФ.12;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 127018, Г.Москва, УЛ. ПОЛКОВАЯ, Д.16, ОФ.12;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Genoray Co., Ltd ("Дженорэй Ко., Лтд.");

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 60, Dunchon-daero 541 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13212 Republic of Korea;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 60, Dunchon-daero 541 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13212 Republic of Korea;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Корея, Республика;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.11.114;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA с принадлежностями» предназначен для: (I) Получения ортопантомографических изображений и томографических исследований (компьютерной томографии) челюстно-лицевой области, диагностического обследования дентиция (зубной системы), челюстей и прочих структур ротовой полости. (II) Получения рентгеновских изображений челюстей, частей черепа и определения костного возраста в ортодонтии при цефалометрическом обследовании, если устройство оборудовано цефалометрической приставкой.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 191240;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Genoray Co., Ltd ("Дженорэй Ко., Лтд."), 60, Dunchon-daero 541 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13212 Republic of Korea;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
191240	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA (GDP-1
191240	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA PLUS (GDP-1C)
191240	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA 3D
191240	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA 3D PLUS
191240	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA 3D Premium
191240	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAYA 3D Premium Plus

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11